

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Универзитет у Крагујевцу као Наручилаца у поступку јавне набавке мале вредности добара – опреме по партијама: Партија 1 - Орбитални шејкер и Партија 2 - Инкубатор за ћелијску културу, ЈН 5/14 доноси

ДОПУНУ ИЗМЕЊЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈН 5/14

У делу *II Врста, спецификација, квалитет, количина и опис добара, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.*, на страни 4 од 36 конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара – опреме по партијама: Партија 1 - Орбитални шејкер и Партија 2 - Инкубатор за ћелијску културу, ЈН 5/14, табела у обрасцу спецификације за Партију 2 - Инкубатор за ћелијску културу тачка 2.3. Лабораторијска центрифуга са хлађењем, након навођења карактеристика допуњује се на следећи начин:

„Max. RPM/RCF за ugaoni rotor: 12,000/16,582 xg

Max. RPM/RCF за swing-out rotor: 5,000/5,394 xg

Maksimalni kapacitet за ugaone rotore: 6 x 85ml

Maksimalni kapacitet за swing out rotore: 4 x 250ml

Nivo buke (dB): ≤ 60

Dodatna oprema, rotori I nosači које је потребно испоручити уз уређај, испоручује се уз уређај:

Ugaoni Rotor

Broj pozicija: minimalno 24, за epruvete од 10 ml

Ugao centrifugiranja: 45°;

Prečnik otvora (mm) : 18

Max visina epruvete (mm): 125 (120 за konične)

Ugaoni rotor

Broj pozicija: minimalno 30, за epruvetice од 1.5/2.0 ml

Ugao centrifugiranja: 45°

Prečnik otvora (mm) : 11.1

Maksimalna visina tubice (mm) : 56

Swing-out Rotor, са 4 pozicije, за nosače за mikrotitar ploče

ugao centrifugiranja: 90°

4 nosača за mikrotitar ploče, за ukupno 16 mikrotitar ploča“

Истовремено, **рок за подношење понуду остаје исти, односно благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца до 19.06.2014. године до 12,00 сати.**

Понуде ће се отворати последњег дана рока за подношење понуда, након истека рока за подношење понуда, **односно 19.06.2014. у 12,30 сати** у просторијама Наручиоца: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац, канцеларија 113.