

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Број: I-01-527/9
Датум: 13.06.2014. године

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 5/14

Предмет: Појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 5/14

Питање бр. 1: За ставку 2.1 CO2 Инкубатор како понудити запремину од 150 литара ако сте је касније декларисали да мора да буде од 190 литара?

Одговор бр. 1: Због врсте експеримената који ће се изводити у Лабораторији, потребан је инкубатор, чија се запремина може кретати у интервалу од 150 до 190 литара, уз припадајуће димензије које дају одступање од 10% (или одговарајући). Свакако да димензије инкубатора одређују запремину. С обзиром да у документацији јасно пише "150-190 литара" или "одговарајућих карактеристика", подразумева се да ће инкубатор од нпр.150 литара имати димензије специфичне за ту запремну. Стога Вас најљубазније молимо да узмете ово у обзир.

Питање бр. 2: За ставку 2.2. Инвертни тринокуларни микроскоп да ли је потребан тринокуларни или може и бинокуларни микроскоп?

Одговор бр. 2: Микроскоп може бити бинокуларни, али није грешка уколико се понуди тринокуларни. Јасно стоји "или".

Питање бр. 3: У ставци 2.3. Лабораторијска центрифуга са хлађењем нису наведени основни параметри којима се може дефинисати центрифуга. Није наведена максимална брзина обртаја, ни ротор, да ли је угаони или swing out? Која је захтевана укупна запремина која се ротира и за које кивете или епрувете је ротор потребан, као и са колико места је ротор који желите?

Одговор бр. 3: За наведена питања упућујемо на допуну измењене конкурсне документације која је објављена 11.06.2014. на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈН 5/14